



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE

Rua Princesa Isabel, 114 - 99740-000

Fone/fax: 54 3523 1344 e-mail: cotegipe@baraodecotegipe.rs.gov.br

ATA DE ACEITAÇÃO DOS ITENS REFERENTE AO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/21
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/21 – REGISTRO DE PREÇOS

Aos oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e um reuniram-se os membros da Comissão de Licitação e a Farmacêutica da Secretaria de Saúde a fim de analisar as amostras para comprovação de qualidade do material ofertado, dos itens solicitados no Processo Licitatório nº 106/21 – Pregão Presencial nº 30/21 – Registro de Preços, conforme as empresas e Itens abaixo:

NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS:

Item	Marca	Unidade	Descrição
11	Neve	UNIDADE	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 10CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA MÍNIMA POR UNIDADE DE 21,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. AMOSTRA REPROVADA POR APRESENTAR 12GR POR UNIDADE ONDE EXIGIA NO EDITAL 21,8GR.
12	Neve	UNIDADE	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 15CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA MÍNIMA POR UNIDADE DE 32,7G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. AMOSTRA REPROVADA POR APRESENTAR 18GR POR UNIDADE ONDE EXIGIA NO EDITAL 32,7GR.
72	WF	UNIDADE	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - Formato anatômico, quatro fitas adesivas trilaminadas reposicionáveis para maior segurança, formato anatômico para maior conforto, fios de elásticos para ajuste nas pernas. Barreira anti vazamento, flocos de gel superabsorvntes, com cobertura filtrante suave, indicador de umidade/troca, onde indica quando a fralda deve ser trocada, produto hipoalergênico e dermatologicamente testado. AMOSTRA APROVADA.
75	WF	UNIDADE	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XXG- Formato anatômico, quatro fitas adesivas trilaminadas reposicionáveis para maior segurança, formato anatômico para maior conforto, fios de elásticos para ajuste nas pernas. Barreira anti vazamento, flocos de gel superabsorvntes, com cobertura filtrante suave, indicador de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE

Rua Princesa Isabel, 114 - 99740-000

Fone/fax: 54 3523 1344 e-mail: cotegipe@baraodecotegipe.rs.gov.br

			umidade/troca, onde indica quando a fralda deve ser trocada, produto hipoalergênico e dermatologicamente testado. AMOSTRA APROVADA.
76	WF	UNIDADE	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG- Formato anatômico, quatro fitas adesivas trilaminadas reposicionáveis para maior segurança, formato anatômico para maior conforto, fios de elásticos para ajuste nas pernas. Barreira anti vazamento, flocos de gel superabsorvventes, com cobertura filtrante suave, indicador de umidade/troca, onde indica quando a fralda deve ser trocada, produto hipoalergênico e dermatologicamente testado. AMOSTRA APROVADA.

JARDIM COSMÉTICOS LTDA:

Item	Marca	Unidade	Descrição
73	JARDIM PREMIUM	UNIDADE	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - Formato anatômico, quatro fitas adesivas trilaminadas reposicionáveis para maior segurança, formato anatômico para maior conforto, fios de elásticos para ajuste nas pernas. Barreira anti vazamento, flocos de gel superabsorvventes, com cobertura filtrante suave, indicador de umidade/troca, onde indica quando a fralda deve ser trocada, produto hipoalergênico e dermatologicamente testado. AMOSTRA APROVADA.
74	JARDIM PREMIUM	UNIDADE	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG- Formato anatômico, quatro fitas adesivas trilaminadas reposicionáveis para maior segurança, formato anatômico para maior conforto, fios de elásticos para ajuste nas pernas. Barreira anti vazamento, flocos de gel superabsorvventes, com cobertura filtrante suave, indicador de umidade/troca, onde indica quando a fralda deve ser trocada, produto hipoalergênico e dermatologicamente testado. AMOSTRA APROVADA.

MEDICAMENTOS DE AZ LTDA-ME:

Item	Marca	Unidade	Descrição
10	Solidor	un	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO: ISENTO DE LATEX, BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON, FLEXIVEL E ANTIALERGICO COM FECHO EM METAL, CONTER O Nº DA PORTARIA DO INMETRO, MANGUITO EM PVC COM DUAS SAIDAS, DE ALTA DURABILIDADE, COM TUBOS NA MESMA COR DA BRACADEIRA, MANOMETRO DO TIPO ANEROIDE, COM MÍNIMO DE 03 ANOS DE GARANTIA CONFORME MANUAL, MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG, DIVISAO DE ESCALA 2MMHG EM CAIXA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM PRESILHA DE METAL, ANEL DE BORRACHA PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTOS, CONTER O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E O RESPECTIVO SELO DE AFERICAÇÃO INICIAL NO PRODUTO EM FORMA DE LACRE. SENDO NECESSARIA A SUA AFERICAÇÃO INDIVIDUAL, COMPROVADA POR CERTIFICADO INDIVIDUAL QUE DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO. PERA INSUFLADORA EM PVC, COM SISTEMA DE FLUXO DE AR EM METAL, COM ESFERA DE ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE. VALVULA EM METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL CONTENDO ANEL DE FIXAÇÃO ENTRE A



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE

Rua Princesa Isabel, 114 - 99740-000

Fone/fax: 54 3523 1344 e-mail: cotegipe@baraodecotegipe.rs.gov.br

			VALVULA E PERA. PRODUTO NACIONAL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CATALOGO. AMOSTRA APROVADA.
65	Medix	un	SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, FABRICADA 100% EM SILICONE ANTIALÉRGICO E TRANSPARENTE, COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS GRAVADAS DE FORMA NÍTIDA E PERMANENTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 12, 14, 16, 18 E 20. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. AMOSTRA REPROVADA POR APRESENTAR EM LÁTEX ONDE NO EDITAL EXIGIA SILICONE.

CENTERMEDI COM PROD. E MATERIAIS HOSPITALARES:

Item	Marca	Unidade	Descrição
32	Cral	UN	ESPÉCULOS ESTERILIZADO PEQUENO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. AMOSTRA APROVADA.
33	Cral	UN	ESPÉCULOS ESTERILIZADO MÉDIO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. AMOSTRA APROVADA.

DENTAL SHOW-COM. DE PRODUTOS.ODONT. E HOSP. LTDA:

Item	Marca	Unidade	Descrição
22	MELHORMED	PC	GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. AMOSTRA APROVADA.
31	KOLPLAST	UN	ESPÉCULOS ESTERILIZADO PP PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE

Rua Princesa Isabel, 114 - 99740-000

Fone/fax: 54 3523 1344 e-mail: cotegipe@baraodecotegipe.rs.gov.br

			SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. AMOSTRA APROVADA.
--	--	--	---

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.:

Item	Marca	Unidade	Descrição
21	MELHORMED-MINASREY	PC	GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. AMOSTRA APROVADA.
38	POLI TAPE	RL	FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE. COR BRANCA, TAMANHO DE 19MM X 30M. DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE BORRACHA NATURAL, NA OUTRA FACE, FINA CAMADA IMPERMEABILIZADA DE RESINA ACRÍLICA, COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. AMOSTRA APROVADA.

INOVAMED COMERCIO De MEDICAMENTOS:

Item	Marca	Unidade	Descrição
20	São João Evangelista	PACOTE	CAMPO OPERATÓRIO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO DERIVADO DE CELULOSE EM ATÉ 50%, COM QUATRO CAMADAS DE GAZE FIXADAS ENTRE SI, EVITANDO DESLIZAMENTOS. TAMANHO DE 45 X 50CM, COM PESO MÍNIMO DE 25G POR UNIDADE. ALTAMENTE ABSORVENTE, ISENTO DE IMPUREZAS, COR BRANCA, COM ALÇA DE FIXAÇÃO, SEM FIO RADIOPACO. PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14767:2009. AMOSTRA REPROVADA POR APRESENTAR O TAMANHO 40 X50 CM ONDE NO EDITAL EXIGIA 45 X 50 CM.

Nada mais havendo a tratar encerro a presente ata que será assinada pela Comissão e pela Farmacêutica.